



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

UNIFESP
25 ANOS
Universidade pública, conhecimento público

COMPRAS/COVID -19

Ofício nº 24/2020/COMPRAS/COVID -19

São Paulo, 04 de maio de 2020.

À
Divisão de Compras
Sra. Vania Simões
Chefe da Divisão de Compras

Prezada Senhora,

Considerando a realização do Edital 01/2020, chamamento público para eventual aquisição emergencial de material hospitalar para ações de enfrentamento ao COVID 19, Processo SEI 23089.105671/2020-91

Considerando o Edital 02/2020, chamamento público para eventual aquisição emergencial de material hospitalar para ações de enfrentamento ao COVID 19, em âmbito nacional, Processo SEI 23089.106556/2020-33;

Considerando as propostas recebidas até a presente data para os processos de chamamento acima citados;

Segue solicitação dos itens e respectivas quantidades a serem adquiridas, necessárias às atividades de Terapia Intensiva, para as devidas providências. Observar as propostas apresentadas até a presente data e o respectivo critério de classificação previsto em Edital (preço e prazo de entrega):

ITEM	DESCRIÇÃO	Descrição Detalhada	UND	QTD
82	Monitor multiparamétrico	Especificação Técnica Mínima: - Display tipo cristal líquido colorido; - Tamanho mínimo da tela 12 polegadas ou superior; - Tela Touch Screen - Parâmetros ECG, SPO2, PNI, 2 canais de Pressão Invasiva (PI), 2 canais de temperatura (T), Débito Cardíaco (DC) Pressão Invasiva (PI), Capnografia (ETCO2) - possibilidade de inserção de hardware / software para integração com plataforma HL7 - Bateria interna com autonomia mínima de 2 horas - Alimentação: 110/220 volts - 60 Hz comutação automática; - Garantia 24 Meses. Acessórios de fornecimento Obrigatório: - Dispositivo para descanso dos cabos - 01 Cabo de ECG de 5 vias; - 01 Sensor de Oximetria reutilizável tipo bolsa totalmente em silicone para uso em Adultos - 01 Manguitos de PNI reutilizável para uso Adulto/ Pediátrico - 01 Sensor de Temperatura cutânea reutilizável para uso em Adultos - 01 Sensor de Temperatura esofágica reutilizável para uso em Adultos - 01 Cabo extensor para medida de débito cardíaco e 01 kit padrão Edwards totalmente compatível - 01 Cabo para medida de pressão invasiva padrão Edwards e 01 conjunto de acessórios para medição totalmente compatível - 01 Conjunto de linha e acessórios medida de concentração de CO2 (capnografia) Sidestream, totalmente compatível. - A empresa deverá fornecer e realizar a fixação de 01 suporte em parede no leito indicado, incluindo todos os dispositivos necessários: parafuso, buchas, porcas etc; e	UND	60
84	Central de monitorização	02 Centrais de Monitoramento de sinais fisiológicos com capacidade para 20 leitos totalmente compatível com os monitores multiparamétricos ofertados no item 02. As centrais deverão incluir cabos de rede, conectores, switch, Hub, no -break. - Dois Monitores para visualização de parâmetros e curvas de 17 polegadas ou superior para cada central. - A central deverá ser entregue completamente instalada na unidade indicada pela Engenharia Clínica, incluindo passagem dos cabos e fixação dos monitores nos leitos com interligações, tudo funcionando plenamente. - Deverá ser compatível com MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR OU PRÉ CONFIGURADO - Garantia de 24 meses	UND	08

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Georgia Mansour
Pró-Reitora Adjunta de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Georgia Mansour, Pró-Reitora Adjunta de Administração**, em 04/05/2020, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida [clikando aqui](#), ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?"



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador **0300715** e o código CRC **5BBA4E14**.

Rua Sena Madureira 1500 - Bairro Vila Clementino - São Paulo - SP CEP - <http://www.unifesp.br>