
Fwd: Enc: avaliação cabine de segurança

1 mensagem

nbellei <nbellei@uol.com.br>
Para: andre.ramos@unifesp.br

19 de maio de 2020 12:05

Prezado André,

O equipamento da empresa Filterlux não atende a nossa necessidade por não conter painel elétrico touchscreen com botão de acionamento simples tipo liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade dos motoventiladores.

Dr Nancy Bellei
Infectious Diseases Division
Federal University of Sao Paulo -UNIFESP
5511 55764848 ext 2720

office 5511 55798610

De: nbellei@uol.com.br**Enviada:** Quinta-feira, 14 de Maio de 2020 15:36**Para:** lksluna@gmail.com**Assunto:** Enc: avaliação cabine de segurança

Enviado via UOL Mail

Assunto: avaliação cabine de segurança**De:** andre.ramos@unifesp.br**Enviado em:** 14 de maio de 2020 10:57**Para:** nbellei@uol.com.br, lksluna@gmail.comBom dia, Prof^a. Nancy

Tudo bem? espero que sim.

Encaminho anexo as duas propostas mais baixas para avaliação.
Caso tenha alguma dúvida, me avise para eu pedir esclarecimentos a empresa.

Att.:

André Ramos
Divisão de Materiais
UNIFESP - campus Diadema
+ 55 11 4044-0500 Ramal 3311/3310

2 anexos **propsota controlar.pdf**
301K **2-Proposta Filterflux UNIFESP 2.2020.pdf**
2564K