



Sheyla Araujo <sheyla.araujo@huhsp.org.br>

Propostas

Amaro Oliveira <oliveira.amaro@huhsp.org.br>

24 de julho de 2020 14:03

Para: Sheyla Araujo <sheyla.araujo@huhsp.org.br>

Cc: Victor Piovezan <piovezan@huhsp.org.br>, Josimar Silva <jsilva@hospitalsaopaulo.org.br>, Paulo Cammarata <paulo.cammarata@huhsp.org.br>, Carlos Meireles <meireles@unifesp.br>, "Eng. Orlando Junior" <orlando.junior@huhsp.org.br>

Sra.SHeyla em atendimento ao solicitado informamos:

ITEM 82 - MONITOR MULTIPARAMETRICO:**EMPRESA ALFAMED:** O produto ofertado MODELO VITA I100 atende ao solicitado, no entanto não temos experiência com a tecnologia, o ideal seria amostra para avaliação e o **prazo de entrega é de 90 dias.****EMPRESA PHILIPS:** O produto ofertado MODELO CM 120 atende ao solicitado, possuímos a tecnologia no Hospital com boa performance e é compatível com nossas estações centrais existentes nos andares do hospital, dispensa necessidade de amostra e o **prazo de entrega máximo é de 60 dias com possibilidade de redução** mediante disponibilidade.

ASPIRADOR CIRÚRGICO:**EMPRESA FANEM:** O produto ofertado, **modelo atende ao solicitado**, já é utilizado no Hospital, dispensa amostra e o prazo de entrega é de 50 dias.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Amaro Oliveira** | Coordenador de Incorporação**Gerência de Engenharia Clínica**

Tel.: (11) 5576-4412 - VoIP: 17174

E-mail: oliveira.amaro@huhsp.org.br

Visite nosso site:

