



Sheyla Araujo &lt;sheyla.araujo@huhsp.org.br&gt;

## Fwd: [chamamentocovid19] EDITAL Nº 02/2020 - CHAMAMETNO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL

Victor Piovezan &lt;piovezan@huhsp.org.br&gt;

28 de julho de 2020 09:44

Para: Amaro Oliveira &lt;oliveira.amaro@huhsp.org.br&gt;, Sheyla Araujo &lt;sheyla.araujo@huhsp.org.br&gt;

Cc: Carlos -Engenharia Meireles &lt;meireles@unifesp.br&gt;, Paulo Cammarata &lt;paulo.cammarata@huhsp.org.br&gt;, jsilva HSP &lt;jsilva@huhsp.org.br&gt;, "Eng. Orlando Junior" &lt;orlando.junior@huhsp.org.br&gt;

Bom dia a todos!

Diante deste novo cenário, conforme mencionado no parecer acima, a incorporação dos monitores da Philips nos leitos institucionais será imediata e segura, tornando o fornecimento dos equipamentos da Philips a opção que atende às necessidades institucionais nos dias atuais.

Cordialmente,



Engº Victor Piovezan | Gerente Operacional

Gerência de Engenharia Clínica

Tel.: (11) 5576-4412

Voip: (11) 5576-4848 Ramal: 1528

E-mail: [piovezan@huhsp.org.br](mailto:piovezan@huhsp.org.br)

Visite nosso site:

Em ter., 28 de jul. de 2020 às 09:12, Amaro Oliveira <[oliveira.amaro@huhsp.org.br](mailto:oliveira.amaro@huhsp.org.br)> escreveu:

Bom dia a todos!

Sheyla, Acredito que agora seja um novo cenário, possibilitando uma devolutiva conclusiva para o processo em análise.

Observamos que nos enviou duas propostas diferentes da ALFAMED , datadas de **22 de junho de 2020 e 22 de julho de 2020, respectivamente. ambas aplicáveis ao chamamento UNIFESP.**

A primeira proposta ALFAMED (**22/06/ 2020**) apresenta valor de R\$ 11.990,00 ( ONZE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS ), para o **item 82**, gerando dúvidas sobre o valor ofertado em detrimento aos recursos do objeto em análise, fato que resultou em uma **diferença de 219%** entre os licitantes . ALFAMED E PHILIPS.

A segunda proposta ALFAMED (**22/07/ 2020**) com valor de R\$ 35.900,00 ( Trinta e Cinco Mil e Novecentos Reais ) para o mesmo **item 82**, é **apenas 6,4%** superior à proposta da empresa PHILIPS , cujo objeto foi ofertado a R\$ 38.217,13 ( TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TREZE CENTAVOS ).

Este contexto aponta agora para necessidade de nova análise visando preservar o princípio da Vantajosidade para a Instituição conforme previsto em lei.

O prazo médio entre as duas empresas é similar , ALFAMED 45 DIAS, e PHILIPS de 30 a 60 dias.

Em tempo Ressaltamos que a tecnologia PHILIPS é padronizada na instituição, possui menor tempo de curva de aprendizagem ( utilização imediata ), acessórios já compatíveis com os já utilizados no Hospital Universitário, compatibilidade com as estações de monitoramento de leitos de isolamento já adquiridas também para a COVID 19 e com cabeamento estruturado já efetivado nas unidades de UTI GERAL, UTI PNEUMO, UTI DIPA, RETAGUARDA GRAVE, RETAGUARDA SEMI, UTI COVID 4 E 3 ANDAR, UTI DA CLÍNICA MÉDICA, UTI DA NEURO tornando sua **incorporação imediata.**

**Obs1:** Esta duplicidade de propostas e o não envio da amostra previsto no item 7.4 do edital, poderia ser objeto de desclassificação?

**Obs2:** Anexas as propostas ALFAMED (2) e PHILIPS (1).

Em cópia, submeto este para análise da Gerência de Engenharia Clínica para considerações para eventual ratificação desta vantajosidade.

A disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Em ter., 28 de jul. de 2020 às 07:22, Amaro Oliveira <[oliveira.amaro@huhsp.org.br](mailto:oliveira.amaro@huhsp.org.br)> escreveu:

Bom dia a todos!

Obrigado Sheyla, iremos analisar e dar pronta devolutiva.

att

Em seg., 27 de jul. de 2020 às 17:09, SHEYLA DE SANTANA ARAUJO <[sheyla.araujo@unifesp.br](mailto:sheyla.araujo@unifesp.br)> escreveu:

Boa Tarde a todos,

Encaminho a nova proposta da empresa AlfaMed. de acordo com a informação do Sr. Amaury, está foi a enviada para o chamamento.

Segundo informação do representante acima descrito, o que altera são as condições de entrega dos produtos.

Quanto a solicitação feita anteriormente para apresentação de amostra para avaliação, a empresa enviará nomes de outras instituições localizadas em SP para que possamos obter maiores informações sobre o produto ofertado.

Att,

----- Forwarded message -----

De: <[ledianepinheiro@alfamed.com](mailto:ledianepinheiro@alfamed.com)>

Date: qua., 22 de jul. de 2020 às 14:25

Subject: [chamamentocovid19] EDITAL Nº 02/2020 - CHAMAMETNO PÚBLICO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO EMERGENCIAL

To: <[chamamentocovid19@unifesp.br](mailto:chamamentocovid19@unifesp.br)>

Boa Tarde!

Prezados Senhores,

Segue proposta da Alfa Med para o sexto ciclo deste Edital de chamamento público nº 002/2020.

Atenciosamente,

Best regards,

**Lediane Pinheiro**

Consultora de Relacionamento Sênior

Senior Relationship Consultant

+55 31 99320-7555 / 3681-6388 Ramal 3003

[ledianepinheiro@alfamed.com](mailto:ledianepinheiro@alfamed.com)  
[www.alfamed.com](http://www.alfamed.com)



Alfa Med Sistemas Médicos Ltda

CNPJ 11.405.384/0001-49  
Rua Hum 80A, Distrito Industrial  
Genesco Ap. de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil CEP 33.400-000

--

Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "chamamentocovid19" dos Grupos do Google.

Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para

[chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br](mailto:chamamentocovid19+unsubscribe@unifesp.br).

Para ver essa discussão na Web, acesse <https://groups.google.com/a/unifesp.br/d/msgid/chamamentocovid19/!%26!AAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAA4T6HrbvUhHiLppgzs2vzLCgAAAEAAAADlyKT18u2JlhjXb%2B%2BHgkQBAAAAA%3D%3D%40alfamed.com>.

--

**Sheyla de S. Araujo**

Assessora Administrativa - HU/HSP



**Amaro Oliveira** | Coordenador de Incorporação

**Gerência de Engenharia Clínica**

Tel.: (11) 5576-4412 - VoIP: 17174

E-mail: [oliveira.amaro@huhsp.org.br](mailto:oliveira.amaro@huhsp.org.br)

Visite nosso site:



**Amaro Oliveira** | Coordenador de Incorporação

**Gerência de Engenharia Clínica**

Tel.: (11) 5576-4412 - VoIP: 17174

E-mail: [oliveira.amaro@huhsp.org.br](mailto:oliveira.amaro@huhsp.org.br)

Visite nosso site:

