

São Paulo, 04 de maio de 2020.

A

Profa. Dra. Soraia Soubhi Smaili

Reitora da Universidade Federal de São Paulo

Assunto: Necessidade de testagem rápida dos trabalhadores do HU/HSP e pacientes.

Magnífica Reitora,

Em relação à análise das condições de qualidade dos testes rápidos para a testagem em nossos servidores que atuam na linha de frente, temos a considerar:


Através de comunicação pessoal, temos conhecimento da qualidade do teste COVID-19 IGG/IGM do fabricante Lizvon, analisado por laboratório de ponta, o Laboratório Fleury.

Os testes Livzon e o teste Bioclin permitem a identificação dos anticorpos das classes IgM e IgG separadamente, permitindo assim uma análise mais adequada do período da infecção dos pacientes.

O teste Wondfo não permite a identificação isolada dos anticorpos das classes IgG e IgM, não sendo possível portanto a análise do período de infecção (atual ou pregressa), útil apenas para inquérito sorológico, já sendo publicamente divulgado para este fim.

Assim solicito que sejam adquiridas 100 unidades de cada teste COVID -19 para que possamos fazer a testagem e validação comparativa dos mesmos em nosso laboratório.

Atenciosamente,


Prof. Dra. Nancy Bellei

Laboratório de Virologia Clínica